ANIOS'CLEAN EXCEL D

REF. 802002



Détergent pré-désinfectant de l'instrumentation

PRODUIT A DILUER
25 ml › 5L

INDICATIONS

Nettoyage et désinfection des dispositifs médicaux : instruments chirurgicaux et médicaux, instruments thermosensibles et matériel d'endoscopie, avant leur stérilisation.

PROTOCOLE D'UTILISATION INSTRUMENTATION



1

Dilution à 0,5 % : Verser une dose de 25 ml pour 5 litres d'eau froide ou tiède.



2

Immerger complètement le dispositif médical. Temps de trempage : **5 minutes minimum.** Brosser, écouvillonner si présence de souillures apparentes.

3

Rincer abondamment les dispositifs médicaux traités à l'eau de réseau (de bonne qualité pour microbiologique) éliminer toute trace de produit et souillure organique.

› **Matériel thermosensible :**
Passer à l'étape suivante
(voir procédure interne à l'établissement)

› **Matériel autoclavable :**
Sécher soigneusement à l'aide d'un champ propre et passer à l'étape suivante
(voir pocédure interne à l'établissement)

FR2416-170905 - Photos non contractuelles

Dangereux - respectez les précautions d'emploi.

laboratoires ANIOS
Le professionnel de la désinfection

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com

Distribué par IDENTITÉS
Articles pour le bien-être et l'autonomie
ZA Pôle 49, Boulevard de la Chanterie 49124 Saint Barthélémy d'Anjou France

afaq ISO 9001 Qualité AFNOR CERTIFICATION
CERTIFIED E-Net QUALITY SYSTEM