

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
CONFORMITY DECLARATION
PIKDARE S.p.A.**

Via Saldarini Catelli 10 – 22070 Casnate con Bernate (Como) - Italy

**In qualità di Fabbricante,
dichiariamo
sotto la nostra esclusiva responsabilità che il
Dispositivo Medico denominato:**

*As Legal Manufacturer,
we hereby declare,
under our exclusive responsibility,
that the Medical Device named:*

**Marchio / Brand
PIC SOLUTION**

Codice / Reference Number

02044070140000 - 02044070160000 - 02044070180000 - 02044070200000 - 02044070220000 - 02044070240000 -
02044071140000 - 02044071160000 - 02044071180000 - 02044071200000 - 02044071220000 - 02044071240000 -
0204407XXX0000

Nome prodotto / Product Name

NEO VENOPIC 2

Descrizione Prodotto / Product description

Ago cannula

Canula needle

Nr. Lotto / Batch Number

<p>di classe of class IIa</p> <p align="center">ai sensi della Direttiva 93/42/CEE del 14/06/1993 (attuazione con D.L n° 46 del 24/02/1997 e successivi aggiornamenti), modificata dalla Direttiva 2007/47/CE del 05/09/2007 (attuazione con D.L n°37 del 25/01/2010 e successivi aggiornamenti), soddisfa le disposizioni applicabili dalla suddetta Direttiva, gli obblighi previsti dall'allegato II, ad eccezione del punto 4</p>	<p>secondo la regola according to the rule 7</p>	<p>dell'allegato of the annex IX</p> <p align="center">accordingly to the CEE Directive 93/42/EEC dated 14/06/1993 (in force with D.L. n.46 dated 24/02/1997 and next update), modified by the Directive 2007/47/EC dated 05/09/2007 (in force with D.L. n.37 dated 25/01/2010 and next update), complies with the applicable provisions of the above mentioned Directive, the obligations requested by the Annex II, excluding point 4</p>
--	---	--

Numero Certificato CE / EC Certificate Nr.

QCT-0053-17

Organismo Notificato / Notify Body

Istituto Superiore di Sanità / 0373
viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma - Italy

Casnate con Bernate, 05/04/2019
Nome/Name : Dr. Mauro Cassani
Posizione/Position : Medical Device Technical Director

PIKDARE S.p.A.
Dr. MAURO CASSANI
Medical Devices Department
Technical Director

