

Fabricant - *Manufacturer* : IDENTITÉS

Siège social – *Registered office* : ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie
 49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU FRANCE
 Téléphone : +33 (0) 2 41 96 18 48
 Internet : www.identites.eu
 Mail : serviceclient@identites.tm.fr

SRN : FR-MF-000033281

Déclare, sous sa seule responsabilité, que l'article listé ci-dessous est un « accessoire d'aide technique à la douche pour personnes handicapées » compatible avec les chaises et tabourets de douche de la gamme capri. Il satisfait aux exigences générales en matière de sécurité et de performances de l'annexe I du règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux (MDR). La classification a été établie selon les règles de l'annexe VIII du MDR. L'évaluation de la conformité a été réalisée conformément à l'article 52, paragraphe 7, du MDR, sur la base de la documentation technique prévue aux annexes II et III.

Le marquage CE a été apposé sur le produit conformément à l'article 20 et à l'annexe V du MDR.

Declares, under its sole responsibility, that the item listed below is an "accessory for shower assistive aids for people with disabilities", compatible with the shower chairs and stools of the Capri range. It meets the general safety and performance requirements set out in Annex I of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices (MDR). The classification was established in accordance with the rules set out in Annex VIII of the MDR.

The conformity assessment was carried out in accordance with Article 52(7) of the MDR, on the basis of the technical documentation referred to in Annexes II and III.

The CE marking has been affixed to the product in accordance with Article 20 and Annex V of the MDR.

Code du produit/Référence catalogue – <i>Product Code/Catalogue Reference</i>	IUD-ID de base - <i>Basic IUD-DI</i>	Désignation - Designation	IUD ID
812143	37602238812009ND	Accoudoirs Capri	3760223833768

Accessoire de dispositif médical, de Classe I - *Medical device accessory, Class I*

Les normes harmonisées et/ou les spécifications communes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de la conformité.
The following harmonized standards and/or common specifications were used for the conformity assessment: ISO 14971:2019/A11:2021, ISO 13485:2016/A11:2021, ISO 15223-1 :2021+A1:2025, ISO 20417 :2026

Fait à Saint Barthélémy d'Anjou, le 29/10/2026
Done at Saint Barthélémy d'Anjou, 29/10/2026

François RENIER, Président (*General Manager*)

IDENTITÉS 49
 Bd de la Chanterie
 49124 BARTHELEMY D'ANJOU
 TEL. : 02.41.96.18.48
 SIRET : 183 743 642 00032