

Fabricant - *Manufacturer* : **IDENTITÉS**

Siège social – *Registered office* : ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie  
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU



SRN : **FR-MF-000033281**

Certifie, sous sa seule responsabilité, que les dispositifs médicaux de classe I listés ci-dessous sont des « aides techniques à la marche pour personnes handicapées » et répondent aux exigences essentielles de l'annexe I du Règlement sur les Dispositif Médicaux (UE) 2017/745. La classification est basée sur les exigences de l'annexe VIII du MDR.

L'évaluation de la conformité a été effectuée conformément à l'article 52 et l'annexe II du MDR.  
Le marquage CE a été apposé sur le produit conformément à l'annexe V du MDR.

*Certifies, under its sole responsibility, that the Class I medical devices listed below are "technical walking aids for people with disabilities" and meet the essential requirements of Annex I of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The classification is based on the requirements of Annex VIII of the MDR.*

*Conformity assessment has been carried out in accordance with Article 52 and Annex II of the MDR.*

*The CE mark has been affixed to the product in accordance with Annex V of the MDR.*

| Code du produit/Référence catalogue –<br><i>Product Code/Catalogue Reference</i> | IUD-ID de base<br>-<br>Basic IUD-DI | Désignation - <i>Designation</i>   | IUD ID        |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 826026                                                                           | 37602238826186QB                    | ROLLATOR 2 ROUES EVOLUTION         | 3760223835205 |
| 826019.BLANC                                                                     | 37602238826186QB                    | ROLLATOR NEO CLASSIC BLANC         | 3760223834260 |
| 826019.ORANGE                                                                    | 37602238826186QB                    | ROLLATOR NEO CLASSIC ORANGE        | 3760223834277 |
| 826186                                                                           | 37602238826186QB                    | ROLLATOR 2 ROUES CLASSIC ALUMINIUM | 3760223835342 |
| 826038                                                                           | 37602238826186QB                    | ROLLATOR 2 ROUES MODULO            | 3760223836875 |
| 826045                                                                           | 37602238826186QB                    | ROLLATOR 2 ROUES CLASSIC ACIER     | 3760223831047 |
| 826295                                                                           | 37602238826186QB                    | ROLLATOR PARAPLUIE NEO POP         | 3760223839074 |

Les normes harmonisées et/ou les spécifications communes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de la conformité. *The following harmonized standards and/or common specifications were used for the conformity assessment:*

EN 20417 :2021, EN 14971 :2019, EN 11199-1 :2021, ISO 13485 :2016, EN 11199-2 :2021

**Dispositif médical de Classe I - *Class I medical device***

Fait à Saint Barthélémy d'Anjou, le 04/04/2025

*Done at Saint Barthélémy d'Anjou, 04/04/2025*

François RENIER, Président (*General Manager*)

