

Fabricant - *Manufacturer* : IDENTITÉS

Siège social – *Registered office* : ZA Pôle 49 – Boulevard de la Chanterie
49124 SAINT BARTHELEMY D'ANJOU FRANCE
Téléphone : +33 (0) 2 41 96 18 48
Internet : www.identites.eu
Mail : serviceclient@identites.tm.fr

SRN : FR-MF-000033281

Certifie, sous sa seule responsabilité, que les dispositifs médicaux de classe I listés ci-dessous sont des « aides techniques à la douche pour personnes handicapées » et répondent aux exigences essentielles de l'annexe I du Règlement sur les Dispositif Médicaux (UE) 2017/745. La classification est basée sur les exigences de l'annexe VIII du MDR.

L'évaluation de la conformité a été effectuée conformément à l'article 52 et l'annexe II du MDR.

Le marquage CE a été apposé sur le produit conformément à l'annexe V du MDR.

Certifies, under its sole responsibility, that Class I medical devices listed below are "technical showering aids for people with disabilities" and meet the essential requirements of Annex I of the Medical Device Regulation (EU) 2017/745. The classification is based on the requirements of Annex VIII of the MDR. Conformity assessment has been carried out in accordance with Article 52 and Annex II of the MDR.

The CE mark has been affixed to the product in accordance with Annex V of the MDR.

Code du produit/Référence catalogue – <i>Product Code/Catalogue Reference</i>	IUD-ID de base - <i>Basic IUD-DI</i>	Désignation - Designation	IUD ID
812057.GRIS	37602238812009ND	Chaise confort haute capitonnée grise	3760223835168

Dispositif médical de Classe I - Class I medical device

Les normes harmonisées et/ou les spécifications communes suivantes ont été utilisées pour l'évaluation de la conformité. *The following harmonized standards and/or common specifications were used for the conformity assessment:* ISO 14971 :2019, ISO 13485 :2016, ISO 15223-1 :2021+A1:2025, ISO 20417 :2026

Fait à Saint Barthélémy d'Anjou, le 22/07/2026
Done at Saint Barthélémy d'Anjou, 22/07/2026

François RENIER, Président (*General Manager*)

IDENTITES 49
Bd de la Chanterie
49124 BARTHELEMY D'ANJOU
TEL. : 02.41.96.18.48
SIRN 498 743 642 00032